平成25年10月9日

測 定 結 果

１.測 定 日 時　：2013/10/09
２.測 定 時 間　：30分
３.判 定 条 件　：3σ (シグマ)以上
４.コ メ ン ト １　：※コメント1
５.コ メ ン ト ２　：※コメント2

番号	測定試料名	試料重量(g)	容器	Cs-134+Cs-137		Cs-137		Cs-134	
				放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)	放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)	放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)
1	リンゴ１	1051	1L	不検出<7.6	<7.6	不検出<3.4	<3.4	不検出<4.2	<4.2
2	リンゴ２	969	1L	不検出<8.3	<8.3	不検出<3.7	<3.7	不検出<4.6	<4.6
3	リンゴ３	912	1L	不検出<8.1	<8.1	不検出<3.6	<3.6	不検出<4.5	<4.5
4	リンゴ４	1166	1L	不検出<6.3	<6.3	不検出<2.8	<2.8	不検出<3.5	<3.5
5	リンゴ５	1029	1L	不検出<7.2	<7.2	不検出<3.2	<3.2	不検出<4.0	<4.0
6	リンゴ６	1268	1L	不検出<5.9	<5.9	不検出<2.7	<2.7	不検出<3.2	<3.2

※「不検出」とは上記「判定条件」未満のことです。