平成28年8月4日

測 定 結 果

1．測 定 日 時　：2016/08/04
2．測 定 時 間　：30分
3．判 定 条 件　：3σ（シグマ）以上
4．コ メ ン ト 1　：※コメント1
5．コ メ ン ト 2　：※コメント2

番号	測定試料名	試料重量(g)	容器	Cs-134+Cs-137		Cs-137		Cs-134	
				放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)	放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)	放射能±誤差(Bq/kg)	測定下限値(Bq/kg)
1	きゅうり1	1000	1L	不検出<7.8	<7.8	不検出<3.5	<3.5	不検出<4.3	<4.3
2	きゅうり2	1000	1L	不検出<7.7	<7.7	不検出<3.4	<3.4	不検出<4.3	<4.3
3	きゅうり3	1000	1L	不検出<7.7	<7.7	不検出<3.4	<3.4	不検出<4.3	<4.3
4	きゅうり4	1000	1L	不検出<7.8	<7.8	不検出<3.4	<3.4	不検出<4.4	<4.4
5	きゅうり5	1000	1L	不検出<7.8	<7.8	不検出<3.5	<3.5	不検出<4.3	<4.3

※「不検出」とは上記「判定条件」未満のことです。